MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-187	PS/NA/51367

PRODUCTO

Sistemas de medicina nuclear modelos:

- Discovery NM 630
- Discovery NM/CT 670 CZT
- Discovery NM/CT 670 DR
- Discovery NM/CT 670 ES
- Optima NM/CT 640
- NM 830
- NM/CT 850
- NM/CT 860
- NM/CT 870 CZT
- NM/CT 870 DR

suministrados desde abril de 2018 con la opción del detector desmontado.

FABRICANTE

GE Medical Systems Israel, Israel.

DISTRIBUIDOR

GE Healthcare, C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad en relación a determinados sistemas de medicina nuclear de GE Healthcare que se suministraron desde abril de 2018 con la opción del detector desmontado, debido a que es posible que durante la instalación algunos tornillos del detector no se fijen correctamente, por lo que podrían aflojarse y caer durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: G W G 2 T A S 9 3 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89