ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-206	PS/CGG/51852

PRODUCTO

Catéter guía Sherpa Active Nx de 6F (ver modelos afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa)

FINALIDAD PREVISTA

El catéter guía Sherpa proporciona una vía a través de la cual se pueden introducir dispositivos terapéuticos en el sistema vascular coronario o periférico.

FABRICANTE

Medtronic Inc, Estados Unidos

DISTRIBUIDORES

- Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid
- Conde Médica S.L., C/ Juan García Álvarez 2, 38008 Santa Cruz de Tenerife
- BISBALSOL S.L., C/ Monestir de Poblet 10, 46015 Valencia

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados modelos del catéter guía Sherpa Active NX de 6F, debido a la posibilidad de que se produzca una pérdida del material exterior en una amplia parte del segmento distal, lo que podría derivar en una exposición de la malla metálica interior tras la inserción en el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa