ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-193	PS/CGG/51817

PRODUCTOS

- Equipo de catéter de pericardiocentesis (Ref. C-PCS-850)
- Equipo de toracocentesis (Ref. C-THS-850)

N^{os} LOTE

- Equipo de catéter de pericardiocentesis (7703324, NS7703501, NS7703502,NS7703503,NS7704718)
- Equipo de toracocentesis (NS7662071)

FABRICANTE

Cook Incorporated, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Cook Medical EUDC, Robert-Koch-Straße 2,52499 Baesweiler, Alemania

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes del equipo de catéter de pericardiocentesis y del equipo de toracocentesis, debido a la posibilidad de que el orificio del extremo distal del catéter sea demasiado pequeño.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: R J E J T Z 3 C 0 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89