ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-211	PS/NA/51474

PRODUCTO

Instrumentos de pie y tobillo (broca / roscadora e instrumento avellanador).
Ver referencias afectadas en el Anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Instrumentos utilizados con diferentes sistemas de implantes de pie y tobillo.

Nº LOTE

Todos.

FABRICANTE

Normed Medizin-Technik GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDORES

- Zimmer Biomet Spain S.L.U., C/ Metalurgia, 32-34, 08038 Barcelona.
- Bestmedic S.L., Avda. Juan Carlos I 35, 50009 Zaragoza.
- Virfran Medical S.L., C/ Pedreña 10, 39719 Orejo, Cantabria.
- Vortrom SR.L., C/ Progrés 1, Pol. Ind. La Ferreira, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona.
- Genu C/ Damián Telléz Lafuente, local 5, 06010 Badajoz.
- Serhosa C/ Manuel Tovar 24, 28034 Madrid.
- Cesa C/ Jesús Goldero 19, 28045 Madrid.
- Bemed C/ Lavaxeta Olerkari 46 C 1º B, 48100 Munguia, País Vasco.

ASUNTO

Retirada del mercado de los instrumentos de pie y tobillo fabricados por Normed Medizin-Technik GmbH, e identificados con el nombre/logotipo “Normed”, debido a la posible rotura de la punta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa a centros sanitarios.
- Nota de aviso empresa a distribuidores.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 8 C 9 L P 6 7 B 4 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89