MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-200	PS/CH/51597

PRODUCTOS

Mesa quirúrgica móvil MEERA, Números de referencia 720001B2, 720001B0, 720001F2, 720001F0, 710001B2, 710001B0, 710001F0

Nº DE SERIE

Nº Catalogo	Nº de serie
720001B2	1 - 416
720001B0	1 - 1416
720001F2	1 - 91
720001F0	1 - 220
710001B2	1 - 8
710001B0	1 - 11
710001F0	1 - 1

FABRICANTE

Getinge - MAQUET GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain, sita en Calle Marie Curie 5, Edif. Alfa, Ofic. 6.1-6.2, 28521 Rivas Vaciamadrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinadas mesas quirúrgicas MEERA la toma de plástico se suelte de la caja metálica y los componentes electrónicos queden expuestos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 7 J P D W 6 S 2 E B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89