ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-203	PS/CH/51559

PRODUCTOS
Consolas de los Sistemas Láser Auriga XL 4007 y Auriga 30

FINALIDAD DE USO
Láseres para aplicaciones quirúrgicas invasivas y no-invasivas que permiten el corte (disección) o la ablación del tejido, como la litotricia (fragmentación del cálculo), así como la coagulación de Tejidos blandos o tejidos sólidos.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Boston Scientific Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Boston Scientific Ibérica S.A., Parque Empresarial Puerta de las Naciones. C/ Ribera del Loira, 38. Edificio 4-3ª planta, 28042 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y reparación o reemplazo de determinas consolas de los sistemas Láser Auriga XL 4007 y Auriga 30 debido a que pueden presentar una degradación de la potencia más rápida de lo normal por un posible problema con el sistema de refrigeración mecánico que podría provocar que apareciera un error de potencia baja (1301) en la pantalla.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa