ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-217	PS/NC/51444

PRODUCTO

Sillas de ruedas eléctricas Invacare que utilizan determinados Módulos de potencia Shark de Dynamic Controls fabricados entre enero de 2018 y agosto de 2018.
Ver modelos y números de series de las sillas afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº DE SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA

La empresa indicará a los establecimientos sanitarios los modelos y números de serie afectados.

FABRICANTE

Invacare GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

INVACARE S.A., C/Areny, s/n.,Pol. Ind.de Celrà,17460 Celrà, Girona.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con el reemplazo del módulo de potencia Shark de determinadas sillas de ruedas eléctricas INVACARE, debido al riesgo de rotura.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS, 10/2019