ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-216	PS/SM/51891

PRODUCTO
Reactivo QUANTIA RF, referencia 6K44-01

FINALIDAD PREVISTA
Determinación cuantitativa de factores reumatoides en suero humano utilizando los sistemas Abbott ARCHITECT c

Nº LOTE
01518H000

FABRICANTE
Biokit S.A., España

DISTRIBUIDOR
Abbott GmbH & Co.KG. Max-Planck-Ring 2. 65205 Wiesbaden, Alemania

ASUNTO
Cese de utilización del lote 01518H000 del reactivo QUANTIA RF 6K44-01 por fallos en la calibración.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa fabricante Biokit
- Nota de aviso empresa distribuidora Abbott