MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-222	PS/CGG/51814

PRODUCTO
Ventilador Oxylog VE300

FINALIDAD PREVISTA
Ventilador de emergencia para asistencia respiratoria en traslado, intra o extra hospitalario.

FABRICANTE
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania

DISTRIBUIDOR
Dräger Medical Hispania S.A., C/Xaudaró 5, 28034 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y sustitución del soporte para dispositivo y botella del ventilador Oxylog VE300 por un nuevo diseño, debido a la posibilidad de que el ventilador se desprenda del soporte.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 25/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: D G B X T C F E 3 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89