ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-223	PS/NA/51671

PRODUCTO

- Módulo de procesamiento Alinity i, referencia 03R65-01.
- Motor TED (Dispositivo Termoelectrónico) refrigerador de reactivos, referencias: A-30103732-01 y A-30103732-02.
- Cable, apagado y controlador TED (Dispositivo Termoelectrónico), referencias: A-35006203-01 y A-35006203-02.

FINALIDAD PREVISTA

Analizador de inmunoensayo automatizado para determinar la presencia de antígenos y anticuerpos específicos para el cribado de sangre y plasma.

FABRICANTE

Abbott GmbH & Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Abbott Diagnostics European Distribution, Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que en los sistemas Alinity i, el cable de conexión en el refrigerador de reactivos se suelte ocasionando errores en la temperatura y un posible fallo de refrigeración de reactivos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.