# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-219 | PS/PF/44544 |

**PRODUCTO**
Tubos de Succión Yankauer, Catéteres Foley, Catéteres Torácicos y Tubos de oxígeno.
Ver referencias afectadas en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

**Nº LOTE**
Ver números de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**
Covidien LLC, EEUU.

**DISTRIBUIDOR**
Medtronic Ibérica, S.A, sita en C/ María de Portugal, 11, 28050, Madrid.

**ASUNTO**
Retirada del mercado de lotes específicos de determinados códigos de Tubos de Succión Yankauer, Catéteres Foley, Catéteres Torácicos y Tubos de oxígeno, debido a que han sido distribuidos sin poseer el marcado CE.

**INFORMACION ADICIONAL**
En marzo de 2018, la empresa remitió una primera nota de aviso en la que advertía de la retirada del mercado de códigos de artículo y lotes de productos específicos de tubos Yankauer y catéteres torácicos, debido a que se habían distribuido por error sin el marcado CE. La AEMPS transmitió esta información el 27 de marzo de 2018, alerta 2018-163.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso, para comunicar que se ha ampliado el número de productos afectados, que deben retirarse del mercado al haber sido distribuidos sin poseer marcado CE.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota de aviso empresa.