ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-227	PS/PRV/51672

PRODUCTO

Monitores TRC de los sistemas de radiografía general:

- Prestige II, VH y SI
- Prestilix 1600X
- Precision 500D
- Flexmed
- PROTEUS XR/A
- SILHOUETTE VR

Nº SERIE

Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

GE Hualun Medical Systems Co. Ltd, China.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, S.A. C/ Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con un posible riesgo de caída de determinados monitores TRC de su soporte de pared, debido a un envejecimiento del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa