ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-239	PS/CGG/51927

PRODUCTO
Sistema MobileDiagnost wDR, códigos de sistema: 712001, 712002, 712004 y 712005

FINALIDAD PREVISTA
Unidad radiológica motorizada móvil, apta para todos los exámenes radiológicos sistemáticos, incluidos los de áreas especializadas como cuidados intensivos, traumatología, quirófano o pediatría.

FABRICANTE
Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A., C/María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del firmware y del diseño de la palanca de transporte de los sistemas MobileDiagnost wDR, debido a la posibilidad de que se produzca un movimiento no intencionado o errático del sistema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa