ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-231	PS/SM/52061

PRODUCTO
Syngo.CT Cardiac Function y syngo.CT Cardiac Planning, modelos 10496180 - 10561669 y 10561495

FINALIDAD PREVISTA
Software de análisis de imagen para evaluar imágenes TC del corazón

VERSION SOFTWARE
Syngo.CT Cardiac Function utilizado en syngo.via VA20A, VA30A o VB10A y syngo.CT Cardiac Planning utilizado en syngo.via VB20A o VB30A

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Parque Empresarial La Carpetania, Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad en relación con un posible riesgo de efectuar una medición errónea en el plano anular durante un procedimiento de planificación TAVI al utilizar syngo.CT Cardiac Function o syngo.CT Cardiac Planning

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa