MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-230	PS/NC/51304

PRODUCTO

Manos mioeléctricas Steeper Select, todos los modelos y tamaños de muñeca fabricadas o reparadas desde febrero de 2013 en adelante.
Ver modelos y números de serie afectados en el Anexo 1 de la Nota de Aviso de la empresa.

FABRICANTE

Hugh Steeper Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

Thuasne España, Calle de la Avena 22, Nave 3-5 P. I, Calle de Polvoranca, 28914 Leganés, Madrid .

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se produzca un fallo electrónico en las manos mioeléctricas Steeper Select que bloquee el dedo pulgar e impida que el usuario pueda abrir la mano.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS,11/2019

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 06/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 R 7 T B E 6 5 5 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89