MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-234	PS/SM/51815

PRODUCTO
Sistema para el dedo gordo del pie Integra® Movement™ Metatarsal, modelos MGT-890-10MT; MGT-890-20MT; MGT-890-30MT; MGT-890-40MT

FINALIDAD PREVISTA
Sistema para hemiatroplastia y artroplastia total con un componente metatársico y uno falángico

FABRICANTE
Integra LifeSciences (Ascension Orthopedics), EEUU

DISTRIBUIDOR
MEDCOMTECH, S.A. Business Park. Edificio Brasil, Carrer de Catalunya, 83, 85, 08840 Viladecans, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad en relación a una contradicción entre la Información de uso y la Técnica quirúrgica del Sistema para el dedo gordo del pie Integra® Movement™ Metatarsal, en relación con el uso de cemento para los procedimientos de artroplastia total

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Instrucciones de uso
- Técnica quirúrgica

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: V 5 Y N T E 7 1 6 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89