ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-240	PS/MTM/51476
PRODUCTO Sistema GM85 de Rayos X Digital Móvil con Baterías Samsung	
FABRICANTE Samsung Electronics Co., Limited, Corea del Sur.	
DISTRIBUIDOR Palex Medical, S.A., C/ Jesús Serra Santamans 5, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que se caiga el brazo de los sistemas GM85 de Rayos X Digital Móvil con Baterías Samsung, debido a la rotura del cableado de la columna.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	