MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-245	PS/CH/52243

PRODUCTOS
Agitador de los Sistemas ARCHITECT c4000/ c8000/ c16000, Números de referencia 09D59-01, 09D59-02, 09D59-03

FABRICANTE
Abbott Laboratories, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Abbott Laboratories S.A., sita en Av. de Burgos, 91, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que la paleta del agitador de los sistemas Architect, se suelte, causando un mezclado insuficiente de la mezcla de reacción, que podría generar resultados incorrectos en los ensayos que se lleven a cabo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P Q E T V D N 0 2 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89