MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-244	PS/CH/51796

PRODUCTOS
Tubo endotraqueal resistente al láser. Lasertube.
Ver referencias afectadas en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

Nº DE LOTE
Ver números de lote afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Willy Rusch GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Teleflex Medical. C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol.Ind.Camporroso, Alcala de Henares, 28806, Madrid.

ASUNTO
Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del tubo endotraqueal Lasertube, debido a la posibilidad de que la lámina de protección frente al láser este parcialmente separada y/o ligeramente desprendida por los bordes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 5 A Q R Z B W D E C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89