MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-246	PS/PPR/51992

PRODUCTO

Test	Referencia	Nº de lote
Test Drug Screen BZD100	106003	168167, 169059, 170997
Drug Screen Multi 3XA BAR100, BZD100, TCA300	1110030	169815,169098, 170289
Drug Screen Multi 8XA AMP50, BAR100, TCA300, THC12, BZD100, COC50, MET50, MOR/OPO40	1110080	169816, 169593, 170238, 169126
Drug Screen Multi 9XA AMP50, BAR100, BZD100, COC50, MET50, MOR/OPI40, MTD50, TCA300, THC12	1110090	169099, 169817

FINALIDAD PREVISTA

Tests de inmunoensayo que detectan la presencia de drogas y medicamentos en sangre completa, plasma o suero. Sirven de ayuda para la detección de varias drogas y fármacos, así como para el seguimiento de medidas terapéuticas.

FABRICANTE

Nal Von Minden GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Casa Álvarez Material Científico S.A., calle Mayor 70 Bajo Dcha, 28013 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a que determinados lotes de los test rápidos para la detección de drogas y medicamentos Nal Von Minden podrían presentar una disminución de la sensibilidad para determinadas benzodiacepinas (Alprazolam, Clobazam y Lorazepam), lo que podría dar lugar a falsos negativos en su detección.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota Aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: D G 2 6 T 9 W E 4 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89