ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-236	PS/AG/51583
PRODUCTO Monitor desfibrilador DEFIGARD Touch 7	
Nº SERIE Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Schiller Medical, Francia.	
DISTRIBUIDOR Schiller España, S.A.U., C/Dublín, 1 –Of. 2 – P.I. Europolis, 28232 Las Rozas, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados módulos del monitor desfibrilador DEFIGUARD Touch 7 debido a la posibilidad de que se cancele la descarga de desfibrilación al presionar el botón de choque.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	