ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-251	PS/NC/51477

PRODUCTO
Copa de ensayo Ace 44mm, referencia 051-44-00 y Copa de ensayo Ace 50mm, referencia 051-50-00.

FINALIDAD PREVISTA
Copa de ensayo que se introduce en el acetábulo para comprobar el diámetro y la profundidad antes de que se utilice el implante definitivo.

Nº LOTE
085882 y 085885

FABRICANTE
JRI Orthopaedics Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
MBA Surgical Empowerment, Avda. del Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 Gijón, Asturias.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de copas de ensayo Ace, debido a la posible dificultad para atornillar la copa de ensayo en el mango introductor.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa