ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-250	PS/CGG/52066

PRODUCTOS

Arrow® PICC (Peripherical Insertion Central Catether) y kits JACC (Jugular Axillo-subclavian Central Catheter) (Ver códigos del producto y lotes afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa)

FABRICANTE

Arrow International Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDORES

- Teleflex Medical, C/Quito, Pol. Ind. Camporroso, nave 1-5, 28806 Alcalá de Henares, Madrid
- DIREX S.L., C/ Panamá 1, local 9, 38009 Santa Cruz de Tenerife

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados códigos y lotes del producto Arrow PICC y de los kits JACC, debido a que la fecha de caducidad es incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa