ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-249	PS/NC/51794

PRODUCTO
Quidel Triage TOX Drug Screen Control 1, referencia 94413.

FINALIDAD PREVISTA
Prueba de detección de drogas que se utiliza con los lectores Quidel Triage Meter para la determinación cualitativa en orina de la presencia de distintas drogas por encima de las concentraciones umbrales y de los principales metabolitos.

Nº LOTE
C3470AN

FABRICANTE
Quidel Cardiovascular Inc, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Vitro S.A, Calle San Nicolás Ocho Nº 103-105, 41500 Sevilla .

ASUNTO
Cese de la utilización y retirada del mercado del lote C3470AN de Quidel Triage TOX Drug Screen Control 1, referencia 94413, debido a un error en la programación del módulo del CHIP DE CODIFICACIÓN de control que muestra un resultado no correcto para Anfetaminas (AMP) y Metanfetaminas (mAMP).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa