MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-254	PS/AG/52239

PRODUCTO
Catéteres para hemodiálisis aguda MAHURKAR™ y Argyle™.
Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Covidien IIc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Iberica S.A., WTC Almeda Park, Plaza de la Pau, s/n, edificio 7, planta 3, 08940 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad respecto a determinados catéteres para hemodiálisis aguda MAHURKAR™ y Argyle™ debido a que los valores de volumen de cebado impresos en los mismos y en las instrucciones de uso son mayores que los volúmenes necesarios para llenar cada luz.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: A Y K 5 4 X 5 5 1 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89