ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-253	PS/ME/51936
PRODUCTO Monitores Philips Intellivue MX40, referencia 865351.	
FINALIDAD PREVISTA Monitor portátil de parámetros fisiológicos.	
Nº SERIE La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie afectados.	
SOFTWARE Revisión Software B.	
FABRICANTE Philips Medical Systems, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Philips Iberica S.A. C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización del software de los monitores Intellivue MX40 debido a la posibilidad de que se produzca un incremento en el consumo de la batería y ausencia de alarmas de batería baja.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso de la empresa	