MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-248	PS/NA/52238
PRODUCTO Impactor twinSys con offset, número de artículo 51.34.0446.	
FINALIDAD PREVISTA Instrumental para implante de prótesis de cadera no cementado.	
Nº LOTE Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Mathys AG Bettlach. Suiza.	
DISTRIBUIDOR A2C C/ Amadeu Vivies, 3 Bis Local, 08750 Molins de Rei, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del impactor twinSys con offset debido a la posibilidad de que la punta del impactor pueda romperse durante la impactación del vástago femoral.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 17/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: B G C J 5 5 8 A B 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89