ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-263	PS/NA/52302
PRODUCTO Sistema secundario BD PhaSeal C61, referencia 515302.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema cerrado de administración de medicamentos.	
Nos LOTE AFECTADOS EN ESPAÑA 1011580 y 1011787 distribuidos entre enero de 2019 y abril de 2019.	
FABRICANTE Becton Dickinson and Company Limited, Irlanda.	
DISTRIBUIDOR Grifols Movaco S.A., Carrer Palou 6 Polígono Levante, 08150 Parets del Vallès, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes del sistema secundario BD PhaSeal C61, referencia 515302, debido a una posible fuga en la unión entre los componentes del tubo y el perforador.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	