MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-262 | PS/AG/52240 |

**PRODUCTO**
Conjunto de soporte y placa base de rodilla y reposapiés Alvarado™, y placa base y reposapiés Alvarado™ II, distribuidos entre enero de 1982 y febrero de 2019.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**
Zimmer Surgical Inc, EEUU.

**DISTRIBUIDOR**
Zimmer Biomet Spain, S.L.U., Calle Metalurgia, 32-34, 08038 Madrid.

**ASUNTO**
Retirada del mercado de determinadas referencias de reposapiés y placa base de los sistemas Alvarado y Alvarado II debido a que los procedimientos de limpieza podrían no haber resultado adecuados.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**
**Fecha de la firma: 17/05/2019**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es*
**Localizador: Q C Q P E 7 V D 8 3**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89