ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-264	PS/ME/52126

PRODUCTO

- Intercambiador de calor y equipo de infusión para adultos con filtro, referencia ACF0015002.
- Intercambiador de calor y equipo de infusión para adultos con filtro y punto de inyección sin aguja, referencia ACFP015004.
- Intercambiador de calor y equipo de infusión pediátrica con filtro y punto de inyección sin aguja, referencia ACFPP15008.

FINALIDAD PREVISTA

Equipos destinados a canalizar fluidos para su calentamiento utilizados con los aparatos de calentamiento de fluidos TEIDE 150.

FABRICANTE

Cair LGL, Francia.

DISTRIBUIDOR

Laboratorios Cair España, S.L.U. C/ Eduardo Torroja 22, Naves 19 y 20, 28823 Coslada, Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias de los intercambiadores de calor utilizados con los aparatos de calentamiento de fluidos TEIDE 150 debido a la posibilidad de que se produzca una liberación de aluminio por encima de los valores aceptables durante el calentamiento de fluidos en la infusión de ciertas soluciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa