ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-268	PS/MTM/52309

PRODUCTO

Access Free T3 referencia A13422, Access Total T3 referencia 33830, Access Free T4 referencia 33880, Access GI Monitor (GI Mon) referencia 387687, Access Thyroglobulin (Tg) referencia 33860, Access Thyroglobulin Antibody II (TgAbII) referencia A32898

Nº LOTE

Todos los lotes

FABRICANTE

Beckman Coulter, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia, Pza. Europa 41-43, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinados ensayos Access, en relación con la posibilidad de obtener resultados erróneos debido a interferencias de la biotina.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa