MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-261	PS/CH/52301

PRODUCTOS
Videoduodenoscopio OLYMPUS. Modelo TJF-160VR

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U., sita en Pl. Europa, 29-31, 08908 L'Hospitalet de Llobregat

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del Videoduodenoscopio OLYMPUS, modelo TJF-160VR, respecto a la inspección a realizar de las guías elevadoras antes de cada uso del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Instrucciones de uso

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: F S K 6 Q R B 9 D D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89