MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-271	PS/FFG/52099
PRODUCTO Endoprótesis vascular abdominal Zenith Alpha.	
Nº LOTE Ver nº de lotes afectados en el anexo a la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE William Cook Europe Aps, Dinamarca.	
DISTRIBUIDOR COOK ESPAÑA S.A, Vía Augusta, 2 bis, 5ª planta, 08006 Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la endoprótesis vascular abdominal Zenith Alpha, debido a que pueden contener un mando gris de seguridad de bloqueo deteriorado que podría dificultar el despliegue de la endoprótesis.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso de la empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 8 8 X Q 7 B 6 7 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89