MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-265	PS/FFG/52064

PRODUCTO
Lámpara quirúrgica Getinge Volista Standop y Volista Triop

FABRICANTE
MAQUET SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain, C/Marie Curie 5, Edificio Alfa, Planta 6, oficina 6.1-6.2, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que aparezcan grietas en el recubrimiento del arco de la lámpara de determinadas lámparas VOLISTA, pudiendo provocar el desprendimiento de partículas de pintura.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa
- Relación números de serie afectados en España.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X L 9 P 4 6 R C 4 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89