MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-266	PS/SM/52121

PRODUCTO
MEDUCORE Standard [2]

FINALIDAD PREVISTA
Desfibrilador externo portátil provisto de funciones de monitorización

Nº SERIE
Todos los números de serie

VERSION SOFTWARE
Inferiores o iguales a 1.5

FABRICANTE
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania S. L., Av. Camino de lo Cortao, 6, nave 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad en relación con la posibilidad de que en determinados desfibriladores MEDUCORE Standard [2] se muestre al usuario una energía errónea de descarga si durante el proceso de carga del condensador de choque o cuando este esté cargado, se cambia a otro grupo de pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 4 P T V B P L E 8 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89