ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-274	PS/MTM/52449

PRODUCTO
Recipiente de gran volumen Med-Rigid de quirófano, referencia ORLVC

FINALIDAD PREVISTA
Recipiente de recolección de fluidos durante la cirugía

Nº LOTE
79618071820, 79618071827, 79618081803, 79618121806, 79618121826

FABRICANTE
Medline Industries Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U., Avda. de Castilla, 2, 28830 San Fernando de Henares, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes del Recipiente de gran volumen Med-Rigid de quirófano, referencia ORLVC, debido a que el espesor de la pared del recipiente podría no estar de acuerdo con las especificaciones del fabricante y podría implosionar durante el uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: B R C V G K G 1 E D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89