ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-277	PS/MTM/52613

PRODUCTO
VIDAS® NT-proBNP2, referencia 30458

FINALIDAD PREVISTA
Prueba cuantitativa automatizada para su uso en los equipos de la familia VIDAS que permite la detección del fragmento N terminal del péptido natriurético cerebral en suero humano o plasma (heparina de litio o sodio) por técnica ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay). El análisis VIDAS NT-proBNP2 (PBN2) se utiliza como ayuda en el diagnóstico de sospecha de insuficiencia cardíaca.

Nº LOTE
1007078560

FABRICANTE
bioMerieux Inc., Francia.

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España, C/ Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 1007078560 de la prueba VIDAS® NT-proBNP2, referencia 30458, debido a que la calibración de este lote no se puede realizar en el instrumento VIDAS®PC y no sería posible obtener resultados de las muestras de los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa