MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-283	PS/SSH/52615

PRODUCTO

Sistema de procesamiento de muestras Power Express, unidad de conexión AU5800XL.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema automático para el procesamiento de tubos de muestras desde la preparación preanalítica hasta la incorporación de los tubos en los racks.

FABRICANTE

Beckman Coulter, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Beckman Coulter S.L.U. con dos sedes:

- Torre Realia, Plaza Europa 41-43, 4th Floor, 08908 L'Hospitalet De Llobregat, Barcelona.
- Calle de Valgrande 8, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización del software de la unidad de conexión AU5800XL del sistema de procesamiento de muestras “Power Express”, debido a la posibilidad de que durante la descarga de la muestra desde la gradilla al transportador, se produzcan vibraciones que junto con la velocidad del brazo de descarga podrían producir salpicaduras.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: C T 7 2 4 4 6 C D 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89