ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-287	PS/CGG/52680

PRODUCTO
Calibradores Hemoglobin A1c (Ref. 4P52-01)

FINALIDAD PREVISTA
Calibración del ensayo Hemoglobin A1c en los sistemas ARCHITECT c8000 y c4000

Nº LOTE
54582UQ02 (Fecha caducidad: 24-02-2020)

FABRICANTE
Abbott, Alemania

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostic European Distribution, 65205 Wiesbaden, Alemania

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado del lote 54582UQ02 de los calibradores Hemoglobin A1c, debido a la posibilidad de que el frasco del calibrador 2 no se haya fabricado correctamente para una parte del lote.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa