ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-286	PS/AG/52503

PRODUCTO

Sistema electrónico de gas para pacientes (EPGS), nº catálogo 801188, incluido en los equipos del Sistema de perfusión avanzado 1 de Terumo®, distribuidos del 23 de agosto de 2002 al 29 de marzo de 2019.

FABRICANTE

Terumo Cardiovascular Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR

- Terumo Europe España S.L., Avda Juan Carlos I, nº 13, 7ª planta, Edificio Torre La Garena, 28806 Alcalá de Henares, Madrid.
- Biogen Diagnostica, Calle Florida, 1 Nave 17, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y reemplazo de determinados caudalímetros del sistema EPGS incluidos en los sistemas de perfusión avanzado 1 de Terumo, debido a que la salida de la velocidad del flujo de gas puede ser imprecisa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa