ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-291	PS/CH/52593

PRODUCTOS
Electrocardiógrafo PageWriter TC30, código de producto 860306

FINALIDAD DE USO
Adquisición de señales de ECG de múltiples canales procedentes de electrodos de ECG aplicados en la piel de pacientes adultos y pediátricos, así como registrar, mostrar, analizar y almacenar dichas señales para su posterior revisión.

Nº DE SERIE AFECTADO EN ESPAÑA
CN11731453

FABRICANTE
Philips Medical Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A. sita en C/ María de Portugal, 1 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a un problema de montaje en la fabricación de determinados electrocardiógrafos PageWriter TC30, por el que tres muelles adicionales, no funcionales, en la tapa módulo interface podrían soltarse y ocasionar un cortocircuito.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa