MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-289	PS/SSH/52664

PRODUCTO
Módulo de control del sistema (SCM) Alinity ci-series. Referencia 03R70-01.

FINALIDAD PREVISTA
Módulo que proporciona una interfaz de usuario genérica para los sistemas Alinity.

VERSION SOFTWARE
V2.6.0 y V2.5.1.

FABRICANTE
Abbott, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostic European distribution, Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del software a la versión 2.6.1 del sistema Alinity ci-series, debido a una incidencia identificada que podría no detectar la deriva del voltaje de la solución de referencia y generar un problema relacionado con los ensayos ICT (tecnología del chip integrado) de Alinity c: sodio, potasio y cloruro.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: F 3 Q Q E B 7 C 0 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89