MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-288	PS/MAT/51286

PRODUCTO
Bomba de infusión Accufuser

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo de infusión con un reservorio elastomérico de silicona que permite infundir medicación sin el uso de baterías o conexión eléctrica

MODELO Y Nº LOTE
Ver modelos y nº de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Woo Young Medical Co., Ltd., Corea

DISTRIBUIDOR
Grifols Movaco S.A., Polígono Industrial Levante, C/ Llevant, 11, 08150 Parets del Vallès, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad y retirada del mercado de determinados modelos y lotes de la bomba de infusión Accufuser debido a riesgo de reflujo en el puerto de llenado al llenar el dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/05/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 5 W F Y 7 W Z F 8 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89