MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-303	PS/CGG/52764

PRODUCTOS

- Tubos de alimentación
- Tubos Levin / Tubos Levin para rayos X
- Sondas Nelaton
- Catéter rectal
- Sondas Ryles
- Catéteres de aspiración
- Tubos estomacales / Tubos estomacales para rayos X
- Kits médicos

Ver códigos afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa

Nos LOTE

Ver números de lote afectados de los diferentes códigos de producto en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Pennine Healthcare, Reino Unido

DISTRIBUIDOR

Suministros Hospitalarios S.A., C/ Tortosa 199, 08918 Badalona, Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de los diferentes productos detallados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa, debido a la posibilidad de que los orificios (perforaciones) de los tubos no hayan sido fabricados correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 2 G 3 R 9 K 4 2 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89