ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-302	PS/CGG/52702

PRODUCTO

Lámpara LED de quirófano, modelos HyLED 730, HyLED 730/730, HyLED 730M, HyLED 760, HyLED 760/730, HyLED 760/760, HyLED 760M, HyLED 8600/8600, HyLED 9700/9500, HyLED 9700/9700

FABRICANTE

NANJING MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD, China

DISTRIBUIDOR

Mindray Medical España S.L., Av/ Burgos 114, Edificio CETIL 1, 28050 Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados modelos de las lámparas LED de quirófano, debido a la posibilidad de que el tamaño de la conexión del conjunto de mango esterilizable de la lámpara no cumpla los estándares de control interno de la empresa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 9 B R 7 Z Q Y 0 7 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89