MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-306	PS/FFG/52774

PRODUCTO

- Centricity Universal Viewer con base PACS-IW; GTIN 00840682103800.
- Centricity PACS-IW

FINALIDAD PREVISTA

Software de gestión de imágenes médicas.

VERSION SOFTWARE

- Centricity Universal Viewer con base PACS-IW 6.0 hasta 6.0 SP7.1.
- Centricity PACS-IW con la versión 5.0 x de Universal Viewer con base PACS-IW

FABRICANTE

GE Healthcare, EEUU

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, S.A. Calle Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización del software de determinado sistema Centricity Universal Viewer y Centricity PACS-IW debido a la posibilidad de que se produzca una pérdida de imágenes en las exploraciones sin que se muestre una advertencia en el visor.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: T V Y 3 F L L 5 6 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89