ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-300	PS/ME/52758

PRODUCTO
Centricity PACS-IW.

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo diseñado para ayudar a la visualización, el análisis, la interpretación diagnóstica y el intercambio de imágenes y de otro tipo de información.

VERSIÓN
3.6.0 hasta 3.7.3.9 SP1,SP2, SP3 y 3.7.3 Spa10

FABRICANTE
GE Healthcare, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU, C/ Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de Centricity PACS-IW debido a la posibilidad de que una o más imágenes o series de imágenes puedan faltar en las exploraciones sin que se muestre una advertencia en el visor.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 A F P V K S 8 D 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89