# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-295 | PS/MTM/52656 |

**PRODUCTO**
Ensayo Tina-quant IgA Gen.2, referencia 05219205190, utilizado en los sistemas cobas c 701/702

**FINALIDAD PREVISTA**
Test in vitro para la determinación cuantitativa de IGA en suero y plasma humanos en los sistemas Roche/Hitachi cobas c.

**Nº LOTE**
368756

**FABRICANTE**
Roche Diagnostics GmbH, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**
Roche Diagnostics S.L.U., Avda. de la Generalitat 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad y cese de utilización de aquellas unidades del lote 368756 del ensayo Tina-quant IgA Gen.2, referencia 05219205190, en las que el control de calidad presente errores.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota de aviso empresa