ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-309	PS/MTM/52208

PRODUCTO

Paños para instrumental oftalmológico, tiras de drenaje y productos esponja protectores lumínicos corneales BVI Visitec®VisiWipe o Merocel®

FINALIDAD PREVISTA

BVI Visitec® Visiwipe o Merocel® Paños para instrumental: limpieza de instrumentos oftálmicos.
BVI Visitec® o Merocel® Tiras de drenaje: drenar y secar líquidos durante la cirugía oftálmica.
BVI Merocel® Protectores lumínicos corneales: protección del ojo durante las cirugías oftalmológicas.

REFERENCIA Y Nº LOTE

Ver referencias y n^{os} de lote afectados en el Adjunto 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Beaver-Visitec International Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Medical Mix S.L.U., C/ Amposta 20, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en los envases individuales de determinados productos BVI Visitec® VisiWipe o Merocel® la fecha de caducidad y el número de lote grabados no sean legibles.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 7 G D 7 7 2 R 3 4 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89