ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-297	PS/CH/52616

PRODUCTOS

Incubadoras de transporte neonatal Globe-Trotter GT5400, modelo MU20400 y Globe-Trotter IC, modelo MU20509

FINALIDAD DE USO

Las incubadoras de transporte neonatal Globe-Trotter GT5400 e IC, está destinado al transporte de recién nacidos, entre instalaciones de asistencia sanitaria; proporcionando medios para controlar el aire, temperatura, oxígeno, resucitar, humidificación pasiva, y ventilación con humidificación activa.

FABRICANTE

Dräger Medical Systems, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Dräger Medical Hispania, S.A. sita en C/ Xaudaró, 5, 28034 Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la modificación de los conectores del sistema de suministro de alta presión y la rotación de la botella de oxígeno , debido a que no se ha realizado la verificación de la seguridad de estas modificaciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/06/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 X C E 5 K X D 4 4